

# אגרת המערך לבטיחות הטיפול

## דימום מקטטר דיאליזה קרוע

ינואר 2025

### תיאור האירוע

מטופל דימם בביתו מקטטר דיאליזה עקב דלף/חור שנוצר בקטטר. המטופל ניסה להפסיק את הדימום באמצעות לחץ מקומי ובמקביל הזעיק צוות רפואה דחופה. הצוות שהגיע ניסה אף הוא להפסיק את הדימום באמצעות הפעלת לחץ מקומי עם חבישה- פעולה שלא צלחה. מצבו של המטופל הדרדר והוא פונה במצב הלם קשה.

### מסקנות

הגורם הישיר להידרדרות המטופל נעוץ במתן טיפול לא מתאים, שלא עצר את הדימום.

### המלצות המערך לבטיחות הטיפול:

1. דימום מקטטר דיאליזה מחייב את עצירת הדימום באמצעות מהדק clamp (או מלקחי פאן).
2. יש לוודא זמינות של אמצעים אלו לתרחיש מהסוג הזה.
3. יש להפיץ את לקחי האירוע לכלל הצוותים הרפואיים ולוודא את מוכנותם לאירוע דומה.
4. מומלץ להדריך את המטופלים על סיכון זה, אופן הטיפול בו והצורך להזעיק צוות רפואי דחוף.

